ACCENT® ULTRA

Plataforma de ultrasonidos, radiofrecuencia y drenaje linfático para la lipolisis selectiva y el remodelado corporal

Alma Lasers™ Medica Iberia

Caso clínico de estudio

Parámetros recomendados para: **Remodelación corporal**

Antes

Después de 4 sesiones

Fotos cortesía de: Dr. Michael Scheflan, Cirujano Plástico, Atidim Medical Center, Isra

Alma Lasers™ Wellbeing Through Technology

Edad:	*28 años*
Tipo de piel:	*IV*
BMI:	*28,4 Kg/m²*
Área de tratamiento:	*Abdomen ; frontal*
Nº de sesiones:	*4*
Intervalo entre sesiones:	*2 semanas*
Eventos adversos:	*Ninguno*
Reducción de circunferencia:	*6,5 cm*
Protocolo Fase 1: Módulo ULTRA	
Cuadricula de tratamiento:	*15x10 cm*
Nº de cuadrículas:	*2*
Tiempo:	*32 minutos por cuadrícula*
Ciclo:	*Calor: 5 seg. / Frío: 15 seg.*
Objetivo-Punto final:	*Eritema*
Protocolo Fase 1: Módulo RF	
Módulo:	*UniForm*
Energía total por área:	*120 kj*
Potencia:	*160 W*
Objetivo-Punto final:	*Eritema*

Antes del tratamiento: Aplicar una capa homogénea de 1-2 mm de Vaselina (para ULS) o de aceite (para RF).

Después del tratamiento: Es muy importante que el paciente no gane peso y mantenga un balance de energía negativo.

El programa de Accent Ultra que presentamos en este documento ha sido proporcionado por el Dr. Michael Scheflan, cirujano plástico israelí.*

Los parámetros de Accent Ultra proporcionados deben servir como una guía, sin sustituir a la observación clínica de la interacción de los ultrasonidos con el tejido y de los objetivos clínicos. Para más información, tiene a su disposición formación clínica. Pregúntenos.

** Patente pendiente en EE.UU y en otros países.*

www.almalasersmedica.es

PBUL25060802Rev.2